



2021 - 2027

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO

SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA

N° SASESP-EM-LP-067/2023

SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES

EN LA CIUDAD DE MORELIA, MICHOACÁN SIENDO LAS **12:00 HORAS DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2023**, DÍA Y HORA SEÑALADO PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-067/2023** PARA LA **SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS**, SOLICITADO POR LA **DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA**; CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 1º, 3 Y 30 PRIMER PÁRRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO; 1º, 9 BIS, 24 CUARTO PÁRRAFO, 27 FRACCIÓN I, 32, 40 Y 42 DEL REGLAMENTO DE LA PROPIA LEY; ARTÍCULOS 1º, 2, 3, 7 FRACCIÓN I Y 8 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO; ARTÍCULO 26 DE LAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 Y DE LOS NUMERALES 2, 2.1, 7 Y 8 DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

REUNIDOS EN LA SALA DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE ENCUENTRAN LOS SERVIDORES PÚBLICOS REPRESENTANTES DE LA **CONVOCANTE**, DE LA **SOLICITANTE** Y DE LA **SECRETARÍA DE CONTRALORÍA**, RESPECTIVAMENTE, CUYOS NOMBRES Y FIRMAS SE CONSIGNAN AL FINAL DE ESTA ACTA Y EN LA RESPECTIVA LISTA DE ASISTENCIA.

LOS REPRESENTANTES DE LA **SECRETARÍA DE CONTRALORÍA** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 17 FRACCIÓN III Y 22 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO Y EL **CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN ACREDITACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA** CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 7, 37 FRACCIÓN I Y 38 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL, MEDIANTE LOS CUALES DENTRO DE SUS FACULTADES Y ATRIBUCIONES INTERVIENEN EN EL PRESENTE ACTO.

EL LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA, PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 3 FRACCIÓN VII Y 8 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO, QUIEN PRESIDE ESTE ACTO, LES DA LA BIENVENIDA Y PROCEDE CONJUNTAMENTE CON LA SOLICITANTE A HACER LAS ACLARACIONES Y DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS LEGALMENTE DE CONFORMIDAD A LAS BASES CONCURSALES Y SUS ANEXOS, EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

LABINT S.A. DE C.V.

1. PUNTO 3 SERVICIOS REQUERIDOS Y ASPECTOS RELACIONADOS, 3.3 FECHA DE ENTREGA. LA FECHA DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, SERÁ A LOS 05 DÍAS

CESC/LELG/LKAN*alg.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SASESP-EM-LP-067/2023.



GOBIERNO DE MICHOACÁN



2021 - 2027

NATURALES, POSTERIORES A LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y PEDIDO RESPECTIVO.

PREGUNTA: POR MOTIVO DE LA MEJORA TECNOLÓGICA QUE ESTAMOS OFERTANDO Y NO CAER EN EL INCUMPLIMIENTO, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA COMENZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LOS 15 DÍAS NATURALES UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO.

RESPUESTA: NO SE ACEPTA, EL LICITANTE DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN BASES.

2. SOBRE NO 1 PROPUESTA TECNICA PUNTO 12.- ESCRITO BAJO PROPUESTA DE DECIR VERDAD DONDE MANIFIESTE QUE CUENTA CON UN LABORATORIO PROPIO CON LA ACREDITACIÓN VIGENTE POR PARTE DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN (CNCA).

PREGUNTA: ENTENDEMOS QUE PARA CUMPLIR CON ESTE REQUISITO BASTARÁ CON PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DONDE MANIFESTEMOS QUE CONTAMOS CON EL SERVICIO DE UN LABORATORIO QUE CUMPLE CON LA ACREDITACIÓN VIGENTE POR PARTE DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN (CNCA). ACREDITANDO LO ANTERIOR CON COPIAS SIMPLES DE LOS PUNTOS SOLICITADOS EN LOS NUMERALES: 13,14 17 Y 18.

RESPUESTA: EL LICITANTE DEBERÁ CONTAR CON LABORATORIO PROPIO CON LA ACREDITACION VIGENTE POR PARTE DEL CENTRO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN (CNCA). Y DEBERÁ PRESENTAR EL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD SOLICITADO EN EL NUMERAL 12, ADEMÁS TENDRÁ QUE CUMPLIR EN SU TOTALIDAD CON LO SOLICITADO EN TODOS LOS NUMERALES, INCLUSIVE LO REQUERIDO EN LOS NUMERALES 13, 14, 17 Y 18.

3. ANEXO 1 PUNTO ANALIZADORES

QUIMICA SANGUINEA CANTIDAD 1

CARACTERÍSTICAS: EQUIPO DE PISO AUTOMATIZADO, VELOCIDAD DE 720 PRUEBAS POR HORA, ELABORACIÓN DE SUS PROPIAS CUBETAS DE LECTURA Y SELLADO AUTOMÁTICO DE LAS MISMAS PARA NO GENERAR DESHECHOS EXTRA, SISTEMA DE REACTIVO FLEX, BAJO CONSUMO DE AGUA (NO MAYOR A 5 L/HR.) Y QUE NO NECESITE DE UN SISTEMA DE OSMOSIS INVERSA /ALIMENTADOR EXTERNO PARA TRATAMIENTO DE AGUA), DEBE DE TENER LA MODALIDAD DE PROCESAR CON SUERO, PLASMA Y ORINA VARIEDAD DE CARTUCHOS ABORDO (FLEX), CARGA CONTINUA DE MUESTRA Y REACTIVOS Y CAPACIDAD DE ACCESO ALEATORIO PARA MUESTRAS DE URGENCIA, LECTURA DE CÓDIGO DE BARRAS DE FORMA INTERNA, SISTEMA DE REFRIGERACIÓN INTEGRADO PARA CONSERVACIÓN DE REACTIVOS DE 2.8°C. EL EQUIPO DEBERÁ REALIZAR DE FORMA AUTOMÁTICA EL CÁLCULO DEL FACTOR DE RIESGO EN BASE A HDL.

PREGUNTA: EQUIPO ANALIZADOR QUÍMICA SANGUÍNEA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: EQUIPO DE PISO AUTOMATIZADO, PRODUCTIVIDAD MÁXIMA DE HASTA 800 PRUEBAS POR HORA. GRADILLA UNIVERSAL DE MUESTRAS, LA TECNOLOGÍA DE DIFERENCIAL DE PRESIÓN PERMITE LA DETECCIÓN DE COÁGULOS, BURBUJAS Y VOLUMEN INSUFICIENTE DE MUESTRA PARA REDUCIR ERRORES ANALÍTICOS, 90 POSICIONES DE REACTIVO REFRIGERADO HASTA PARA 55 ENSAYOS DIFERENTES. CAPACIDAD DE

RESPUESTA: EL EQUIPO ANALIZADOR DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.

CESC/LELG/LKAN*alg.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SAESP-EM-LP-067/2023.



Ignacio Zaragoza #143,
Centro, C.P. 58000,
Morelia, Michoacán.



2021 - 2027

4. ANEXO 1 PUNTO ANALIZADORES

HEMATOLOGIA CANTIDAD 1

CARACTERÍSTICAS: EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRA SANGUÍNEA CON PERFORADOR DE TUBOS Y AUTOCARGADOR, EL CUAL DETERMINA BIOMETRÍA HEMÁTICA CON: 26 PARÁMETROS INCLUYENDO SERIE ROJA, BLANCA, PLAQUETAS Y DIFERENCIAL DE 5 PARTES, CON OPCIÓN DE PROCESAR TUBOS DE FORMA ABIERTOS O CERRADOS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS DE HASTA 100,000 Y VELOCIDAD DE 60 PRUEBAS POR HORA, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS TANTO INTERNO Y EXTERNO.

PREGUNTA: EQUIPO AUTOMATIZADO PARA HEMATOLOGÍA SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS EQUIPO AUTOMATIZADO CON 26 PARÁMETROS, RENDIMIENTO DE 84 MUESTRAS POR HORA, VOLUMEN DE MUESTRA TUBO ABIERTO 150 UL; MUESTREADOR AUTOMATIZADO 230 UL, VALORES DE REFERENCIA CON OPCIÓN A IMPRESIÓN, CONTROL DE CALIDAD TOTALMENTE INCORPORADO RESUMEN DE ESTADÍSTICAS GRÁFICAS LEVEY-JENNINGS, TECNOLOGÍA ÓPTICA DE CONTEO DE GLOBULOS BLANCOS, GLOBULOS ROJOS Y PLAQUETAS, 26 PARÁMETROS DIFERENCIAL DE 5 PARTES.

RESPUESTA: EL EQUIPO ANALIZADOR DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.

5. ANEXO 1 PUNTO ANALIZADORES

UROANÁLISIS CANTIDAD 1

CARACTERÍSTICAS: EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRAS URINARIAS EMPLEANDO TIRAS DE ORINA MULTISTIX CON 10 PARÁMETROS: LEUCOCITOS, NITRITOS, PROTEÍNAS, SANGRE, GLUCOSA, CETONAS, BILIRRUBINA, UROBILINÓGENO, PH Y DENSIDAD. CALIBRACIÓN DE FORMA AUTOMÁTICA Y LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS. VELOCIDAD DE 150 PRUEBAS POR HORA.

PREGUNTA: EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO PARA UROANÁLISIS SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS ACEPTE UN EQUIPO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS, EQUIPO SEMIAUTOMATIZADO DE TIRAS REACTIVAS PARA ORINA, FOTÓMETRO DE REFLECTANCIA, APROXIMADAMENTE 600 TIRAS POR HORA, EMPLEANDO TIRAS REACTIVAS COMBUR-TEST M CON 10 PARÁMETROS GRAVEDAD ESPECÍFICA, PH, LEUCOCITOS, NITRITO, PROTEÍNA, GLUCOSA, CETONAS, UROBILINÓGENO, BILIRRUBINA, SANGRE (ERITROCITOS/HEMO-GLOBINA), COLOR.

RESPUESTA: EL EQUIPO ANALIZADOR DEBERÁ CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS SOLICITADAS.

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES E INMUEBLE (SIC) DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, LAS ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DERIVADAS DE ESTE EVENTO FORMAN PARTE DE LAS BASES QUE RIGEN ESTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, POR LO QUE SU INOBSERVANCIA CONSTITUYE UN MOTIVO PARA LA DESCALIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES.

SE LES NOTIFICA A LOS PRESENTES QUE EL EVENTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A LAS HORAS 10:00 HORAS**, EN LA SALA DE LICITACIONES DE ESTE SUBCOMITÉ.

CESC/LELG/LKAN*alg.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PÚBLICA ELECTRÓNICA N° SAESP-EM-LP-067/2023.



GOBIERNO DE MICHOACÁN



2021 - 2027

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS **12:20 HORAS** DEL DÍA DE SU INICIO, SE CIERRA LA PRESENTE, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.

GOBIERNO DEL ESTADO

LIC. CÉSAR ERWIN SÁNCHEZ CORIA

PRESIDENTE DEL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

L.A.E. LUIS ENRIQUE LÓPEZ GONZÁLEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SEGUIMIENTO A ADQUISICIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

LIC. LILIA KARINA ÁLVAREZ NAVARRETE

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO A ADQUISICIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

C. IGNACIO VARGAS CASTILLO

AUDITOR ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA.

L.A. ROBERTO ARTURO OCAÑA THOMAS

DELEGADO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA.

Q.F.B. JUAN MANUEL GÓMEZ NÚÑEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA DEL CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACIÓN ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA.



Subcomité de Adquisiciones del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo

GOBIERNO DE MICHOACÁN

CESE/LG/LKAN*alg.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO POR LICITACION PUBLICA ELECTRONICA N° SASESP-EM-LP-067/2023.